



## Gas Anestetizzanti

Colonna: **MEGA-VOC 2 - 0.32mm, 5.00µm, 30m**

Codice Catalogo: C-VOC2-032-500-30

### Condizioni:

Iniezione: Split 250°C, 10µL, 1:50 rapporto di Split.

Detector: FID 250°C.

Programma di temperatura: 40°C isoterma.

Carrier Gas: Idrogeno, 40kPa.

### Identificazione:

1. Isoflurano
2. Enflurano

